

FICHE PRODUIT



Autoclave de paillasse (Table) classe B, 23 Litres, Modèle TANZO E23 avec USB

Référence : SOC-TANZOE23B

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Autoclave de table (paillasse) avec port USB; Modèle TANZO E23

Caractéristiques principales

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Classe de stérilisation	CLASSE B
Température de stérilisation	121°C~134°C
Programmes spéciaux	HIV, Programme de stérilisation longue HBV
Système de séchage	Système de séchage par aspiration
Affichage	Ecran LCD haute luminosité
Système de test	Tests de BOWIE & DICK Test d'aspiration Test d'Helix
Précision de contrôle	Température: 1°C Pression: 0,1bar
Système de sécurité	Soupape de sécurité Porte de verrouillage Système de verrouillage à pression Protection contre la surcharge de pression et de température Système d'alarme
Approvisionnement en eau	Réservoir d'eau intégré facile à nettoyer. Cubage: 3.5 ou 4L
Porte-plateau	Porte-plateau à 5 niveaux avec 3 plateaux
Chambre	Acier inoxydable médical 304 Pression maximum de travail: 2.3bar Pression minimum de travail: -0.9bar Température maximum: 145 °C
Température d'opération	5~40°C
Bruit	<50db
Consommation d'eau/cycle	0.16L~0.18L

Avantages

1. L'autoclave de paillasse répond à la norme EN 13060 avec son réservoir d'ouverture sur le dessus qui rend le nettoyage pratique.
2. Classe B standard avec aspiration et séchage en trois temps, la température ambiante de l'instrument stérilisé est inférieure à 0, 2%.
3. Les données de l'aspiration peuvent atteindre - 0,8bar, elles conviennent pour les divers

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

instruments, y compris les tuyaux emballés, non emballés, pleins, creux, à ouvertures multiples et à encoches. L'autoclave de paillasse veille à ce que l'instrument soit complètement stérilisé.

4. Système flou contrôlé par ordinateur et affichage numérique lumineux. L'interface est un panneau modulable qui facilite l'opération.
5. Le test de BOWIE & DICK est installé dans l'autoclave de paillasse. Il mesure la pénétration de la vapeur d'eau
6. L'autoclave possède un test sous vide qui garanti son habilité à tester l'aspiration.
7. Autocommentaire du cycle de stérilisation
8. Générateur de vapeur indépendant et rapide
9. Plateau à instruments de grande capacité en acier inox. SU304
10. Serrure de sécurité et triple protection contre la surchauffe
11. Ajout d'eau automatique / manuel
12. Dispositif de nettoyage intégré
13. Fonction spéciale pour les médicaments en coton et stérilisation des articles en caoutchouc
14. Aspect attrayant et bonne qualité
15. Ecran LCD cristal
16. Panneau de commande à 4 boutons, si pratique.
17. Message d'avertissement, l'erreur est facile à analyser.

Directives d'application et standards

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Directive ou Standard No.	Nom de la directive ou du standard
MDD 93/42/EEC	Directive sur les dispositifs médicaux
PED 97/23/EC	Directive sur les équipements sous pression
EN 61010-1	Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire - Partie 1 : Exigences générales
EN 61010-2-040:	Exigences de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de contrôle et d'utilisation en laboratoire - Partie 2-040: Règles particulières pour les stérilisateurs et les laveurs désinfecteurs utilisés pour traiter les matériaux médicaux.
EN 13060	Petits autoclaves
EN 61326-1	Équipement électrique pour la mesure, le contrôle et l'utilisation en laboratoire - Exigences CEM

Système qualité

Système qualité No.	Nom du système qualité
ISO 9001	Systèmes de management de la qualité - -Exigences
ISO 13485	Dispositif médical – Systèmes de management de la qualité – Exigences à des fins réglementaires.

Certification

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Certificat	Remarque
ISO 9001	Autorisé par TUV Rheinland
ISO 13485	Autorisé par TUV Rheinland
Autoclave CE	Autorisé par TUV Rheinland
Chambre de stérilisation CE	Autorisé par EURO CERT

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/10080-autoclave-de-table-paillasse-avec-port-usb-modele-tanzo-e23.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com