

FICHE PRODUIT



Gaine de Cysto-Urétroscope, canal 19 Charr

Référence : SOC-27026C

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gaine de Cysto-Urétroscope, canal de travail 19 Charr

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gaine-de-cystoscope/10193-gaine-de-cysto-uretroscope-canal-19-charr.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com