FICHE PRODUIT



Disque pour test ONPG

Référence : SOC-231248

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Disque imprégné avec approximativement 100 µg o-nitrophényl-ß-D-galactopyranoside.

Ajouter le disque à la suspension bactérienne.

Incuber 4-6 h à 35°C

La positivité se traduit par une coloration en jaune du disque.

Conditionnment de vente: 50 disques.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/10293-disque-pour-test-onpg.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.