FICHE PRODUIT



Test de Bowie Dick

Référence : SOC-ISBWDIK

Points forts

• delais : 48 heures
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du Test Bowie Dick.

Fonctionnement :
- Placer le paquet test au centre de la chambre de stérilisation de l'autoclave vide.

- Lancer un cycle de stérilisation de 134°C durant 3,5 minutes.

- A la fin du cycle, sortir le paquet et en extraire la feuille test, la couleur indique le résultat :

• rouge : avant test

• violet et rouge : test refus

• violet : test accepté

Dimensions : 12,5 x 12,5 cm.

Vendu par paquet de 10 tests.

Matériel médical CE.

Conforme à la norme BS7720.

Conditionnement: paquet de 10 tests.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/10720-test-de-bowie-dick.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.