FICHE PRODUIT



Lampe d'opération mobile à LED-4S, sans batterie de secours

Référence : SOC-955376

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Lampe d’opération mobile à LED-4S, sans batterie de secours

Excellente lumière froide: Avec source de lumière froide à LED, sans augmentation de la température.

Excellente qualité de lumière du jour et d’IRC répondant aux besoins d'illumination des médecins.

Excellent effet d'éclairage: Système optique unique, spot lumineux homogène, haute définition.

Réglage de la luminosité: Contrôle numérique par micro-ordinateur, avec 8 changements de luminosité pour la sélection et il offre une fonction de mémoire d'éclairage et une tension de travail large.

Donnée techniques :

Illumination : ≥120 000Lux

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Température de couleur: 4800 ± 200 K

Indice de réduction de couleur (Ra): 96

Profondeur d'éclairage: 1050mm

Irradiance totale: 420 W/m²

Dimension du champ lumineux: 120 ~ 240 mm

Diamètre de la tête de la lampe: 550mm

Puissance nominale de l'ampoule: 3.2V / 1W

Durée de vie des illuminant: 50 000h

Tension d'alimentation: CA 110-240 V, 50 / 60Hz

Consommation totale d'énergie: 80W

Quantité totale d'ampoule LED : 52 ampoules

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampe-operation-ledmobile/10863-lampe-d-operation-mobile-a-led-4s-sans-batterie-de-secours.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.