FICHE PRODUIT



Test Bowie-Dick "Visa"

Référence : SOC-35002575

Points forts

• delais : 48 heures
• Conditionnement des accessoires de stérilisation : Boîte de 30

Description du produit

Caractéristiques Techniques du test Bowie-Dick Visa

- Encre sans plomb

- Couleur de virage : du rose au vert (voir exemple ci-dessous)

- Reproductibilité et stabilité du virage après stérilisation

- Stabilité du virage sur plusieurs années.

- Feuille test de type « buvard » placée entre deux couches de laminé.

- Suppression du pack d'emballage « papier ».

- Conditions d''exposition minimum : 134°C vapeur saturée pendant 3.30 minutes.
121°C vapeur saturée pendant 15 minutes.

Le test VISA dispose d'un certificat de conformité NF EN ISO 1140-1 & 867-4, délivré par un organisme indépendant.

Facilités de stockage : de faible encombrement, **une boite de 30** B&D « Visa » n'est pas plus grande qu'une boite d'allumettes.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/11330-test-bowie-dick-visa.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement des accessoires de stérilisation	Boîte de 30

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.