

**FICHE PRODUIT**

## Système d'immunoanalyse par chimiluminescence (CLIA), Modèle MAGLUMI 800

Référence : SOC-MAG800

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

## Système d'immunoanalyse par chimiluminescence (CLIA), Modèle MAGLUMI 800

**Le Système d'immunoanalyse par chimiluminescence (CLIA), Modèle MAGLUMI 800** se sert d'une technique d'analyse à l'aide **d'antigènes artificiels** pour déterminer la **concentration d'hormones**, d'**antigènes**, de **médicaments**, etc., dans le **sang**, l'**urine** ou les **liquides biologiques**.

**Le principe de Luminescence :**

- Chimiluminescence Flash Non-enzyme, réactifs de longue stabilité.
- Marquage ABEI, stable en solution acide et alcaline

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

**Les caractéristiques du réactif :**

- Kit intégré, prêt à l'emploi, aucun prétraitement requis.
- Kit intégré inclus calibreurs.
- Nano particules super paramagnétiques.
- Etiquette RFID pour enregistrer tous les infos des réactifs.
- Etiquette RFID avec la courbe maitresse intégrée
- Un étalonnage en 2 points pour ajuster la courbe principale.
- Stabilité d'étalonnage : maximum 4 semaines.

**Les caractéristiques principales :**

- Cadence : jusqu'à 180 tests / heure
- 24 heures prêt à l'emploi
- Durée du premier résultat : 17 minutes
- Détection de caillot
- La détection du niveau de réactif
- Ratio optionnel pour la dilution des échantillons
- Dilution automatique d'échantillon à haute concentration
- Température de fonctionnement de 15 – 30 °C

**Les modes de fonctionnement :** Coup par coup, série d'urgence**Le système de fonctionnement :**

- Windows 7
- HP Compatible (Dual – core CPU), écran tactile couleur.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

---

**Interconnexion :**

- Connexion à LIS passant par COM ou carte de réseau
- L'exploitation directe du système LIS pour tester.

**Le chargement d'échantillon :**

- Jusqu'à 40 tubes d'échantillon.
- Chargement continu, position d'urgence
- Analyseur automatique numéroté
- Connection LIS
- Zone échantillon réfrigérée.

**Le chargement du réactif :**

- 9 réactifs à bord.
- Chargement continu
- Puce RFID pour lire toutes les infos de réactifs.
- Zone réactif réfrigérée.

**Dimensions et poids :**

- Dimensions : 102 (L) x 72 (P) x 56 (H) cm
- Poids : 73kg

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/chaine-elisa-lecteur-laveur/11819-systeme-d-immunoanalyse-par-chimiluminescence-clia-modele-maglumi-800.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com