

FICHE PRODUIT

Lampe à Cathode Creuse (HCL) en Manganèse

Référence : SOC - 0021242

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe à Cathode Creuse (HCL) en Manganèse

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/12562-lampe-a-cathode-creuse-hcl-en-manganese.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com