FICHE PRODUIT



Analyseur de champ visuel modèle APS-T00

Référence : SOC-APS-T00

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Analyseur de champ visuel modèle APS-T00

Caractéristiques principales :

- La conception logicielle et matérielle est entièrement conforme aux normes internationales.
- Conception automatisée et conviviale, utilisation plus facile.
- Mesure automatique de la pupille, surveillance et correction de la position des yeux.
- 3 minutes pour compléter la périmétrie de seuil.
- L’analyse du rapport est cohérente avec le grand public international.

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Modèle	APS-T00
Type d'appareil	Type intégré
Mode de détection	Périmétrie statique
Stimuler le mode du point d'apparition	Projection optique
Plage de détection	0 – 90 degrés
Lumière de fond	Jaune, blanc
Luminosité de fond	Blanc: 31.5asb; Jaune: 315asb
Couleur cible visuelle	Rouge, bleu, blanc
Temps d'intervalle de cible visuelle	≥200 ms (personnalisable, sans limite)
Temps de maintien de la cible visuelle	≥200 ms (personnalisable, sans limite)
Niveau de luminosité	0 – 51 db
Dimension de la cible visuelle (Goldman)	Grade I, Grade II, Grade III, Grade V
Stratégie de détection	Seuil complet, seuil rapide, personnalisé ; Deux notations, trois notations, quantifient les défauts
Politique de seuil	Dynamique intelligente, dynamique intelligente rapide, liée à l'âge, Le seuil, une force
Mode test de seuil	Centre 10-2, Centre 24-2, Centre 30-2, Centre 60-4, Marche nasale, Macula
Contrôle de la fixation	Surveillance vidéo dynamique en temps réel, surveillance physiologique des angles morts, courbe de suivi des yeux, alarme de décalage de la position des yeux
Logiciel d'analyse	Analyse de fiabilité, analyse d'une vision unique, analyses de triple rapport
Rapport de figure	Valeur, niveaux de gris, graphique en décibels de biais global, Carte de probabilité d'écart global, décibels d'écart de diagramme, diagramme de probabilité d'écart de motif, Figure fixe

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/12940-analyseur-de-champ-visuel-modele-aps-t00.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.