
FICHE PRODUIT



Plaque de test DIGI 13 pour radiographie numérique

Référence : SOC-H975ETR100

Points forts

• delais : 48 heures
• Accessoires d'imagerie : Plaque de test

Description du produit

La plaque de test DIGI 13 destinée aux contrôles de qualité et de constance pour **les systèmes équipés de récepteurs digitaux** tels que **les plaques ERLM** ou **les capteurs plans**, permet de déterminer simultanément l'homogénéité, l'indication de dose, la résolution spatiale, le contraste, le centrage, l'échelle de l'image et les artéfacts. Il répond aux **normes DIN V 6868-58 et DIN 68 68-13.**

Eléments composant la plaque :
• 1 échelle d'absorptiométrie 7 niveaux en cuivre
• 1 mire d'objets pour le faible contraste
• 1 mire de résolution
• 5 marques pour le contrôle de l'homogénéité
• 8 marques d'alignement des cassettes

Dimensions de la plaque : 300 x 300 x 1 mm de cuivre.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/fantomes-et-objets-tests-cqi-cqe/13036-plaque-de-test-digi-13-pour-radiographie-numerique.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Accessoires d'imagerie	Plaque de test

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.