FICHE PRODUIT



Lampe d'examen à LED Modèle TMI-MB-07

Référence : SOC-TMIMB07

Points forts

• delais : 48 heures
• Type d'ampoules : Ampoules LED

Description du produit

Lampe d'examen à LED Modèle TMI-MB-07

La lampe d'examen TMI-MB-07 se caractérise par une lumière sans ombres et est un modèle européen spécifique pour la ventilation de la chaleur. Ce modèle est fabriqué en polymère résistant au feu de haute qualité.

Spécification techniques de la lampe d'examen TMI-MB-07

Intensité : 25 000 Lux ± 10%

Taille du champ lumineux : 12-30 cm

Température de couleur : 4800K

Indice de rendu des couleurs : 93 RA

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Durée de vie ampoules à LED : > 50000 heures

Nombre d'ampoules à LED : 7

Diamètre du faisceau lumineux : 150mm

Réglage de la luminosité : Tactile

Alimentation électrique : 220V / 50Hz AC

Batterie de secours : En Option

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/13210-lampe-d-examen-a-led-modele-tmi-mb-07.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.