FICHE PRODUIT



Lampe d'examen à LED 17W, modèle BELLA - Bras flexible L.70cm option double intensité 50/100%

Référence : SOC-LED17650DI

Points forts

• delais : 48 heures
• Type d'ampoules : Ampoules LED
• Application : Dermatologie
• Type interrupteur : Interrupteur classique
• Configuration lampe : Lampe Led - Bras flexible + Interrupteur Sans Contact option double intensité 50/100%

Description du produit

Lampe d’examen à LED, modèle BELLA

Dispositif médical Classe I

Lampe d’examen à LED très puissante, elle est parfaitement conçue pour la **chirurgie mineure**, **la dermatologie et les soins intensifs**. La tige flexible, souple et résistante qui maintient la tête de la lampe et sa poignée ergonomique permettent un positionnement précis et intuitif.

En option :

- Un deuxième interrupteur sur la tête de la lampe permet d’ajuster l’intensité lumineuse de 50 ou 100 %.

- Pied télescopique lesté mobile.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications techniques :

- Watts : 17 W comparable à 90 W Halogène
- Kelvins : 4500 °K
- Lumens : 1440 lm
- Longévité des LED : 50 000 heures minimum
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95
- Fixations possibles : 1 lesté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13
- Longueur de câble : 3 mètres
- Isolation : Classe II
- Tête de lampes cotes : 160 x 133 mm
- Base de lampe cote : 69 x 69 x 115 mm
- Entraxe : 54,5 mm
- Couleur disponible : Blanche
- Poids : 2,9 kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13215-lampe-d-examen-a-led-17w-modele-bella-bras-flexible-l-70cm-option-double-intensite-50-100.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Application	Dermatologie
Type interrupteur	Interrupteur classique
Configuration lampe	Lampe Led - Bras flexible + Interrupteur Sans Contact option double intensité 50/100%

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.