FICHE PRODUIT



Microscope Trinoculaire à Fluorescence, modèle iScope IS.3153-PLFi

Référence : SOC-IS.3153-PLFi

Points forts

• delais : 48 heures
• Type de Microscope : Optique à fluorescence
• Tête d'observation : Trinoculaire
• Type d'Eclairage : Lampe LED 3W
• Type d'objectifs : Plan infini, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

Description du produit

Microscope Trinoculaire à Fluorescence, modèle iScope IS.3153-PLFi

• Oculaires HWF 10x/22mm

• Modèles binoculaires et trinoculaires

• Tête inclinable ergonomique en option

• Tourelle à objectifs quintuple

• Objectifs corrigés à l’infini IOS E-Plan, Plan et Plan fluarex

• Platine de 187/230 x 140 mm avec platine x-y sans crémaillère

• Platine en céramique en option

• Eclairage diascopique à LED de 3 W d’intensité réglable avec Köhler

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Epi-fluorescence par lampe de 100 W HBO à vapeur de mercure
- Fluorescence à LED Bleu et Vert
- Capteur iCare pour l’économie d’énergie
- CCS – Système de rangement de câble
- Garantie 10 ans

Configuration complète.

- Équipé d'objectifs Plan Fluarex 4x/10x/40x/100x
- Les objectifs Plan Fluarex travaillent aussi bien en fluorescence qu'en fond clair
- Objectif Plan Fluarex 20x
- Objectif Plan IOS 2x.
- Condenseur O.N 0.9/1.25
- Condenseur Zernike à contraste de phase / fond clair et fond noir + les objectifs de phase inclus 10x/20x/40x/100x
- Caméra DC.6000i (spécial pour la fluorescence)

NB : Plus de détails sur la FICHE TECHNIQUE

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/microscopes-biologique/13332-microscope-trinoculaire-a-fluorescence-modele-iscope-is-3153-plfi.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Optique à fluorescence
Tête d'observation	Trinoculaire
Type d'Eclairage	Lampe LED 3W
Type d'objectifs	Plan infini, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.