FICHE PRODUIT



Étau pour rails médicaux pour lampe d’examen, avec plaque d’adaptation

Référence : SOC-ETRPM007

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Étau pour rails médicaux : la lampe accrochée au divan ou au mur technique

Les divans d’examen, les fauteuils de gynécologie et les murs des chambres techniques sont souvent équipés de rails médicaux. Cet étau s’y fixe et porte la lampe au plus près du patient, sans rien poser au sol. Il s’adapte sur tous les rails médicaux.

Un serrage qui ne bouge pas
Le serrage se fait par clé Allen, fournie avec l’étau, complété par une rondelle frein et un écrou. Ce serrage mécanique est fait pour tenir dans la durée, même si la lampe est manipulée toute la journée.

Vertical pour tous, horizontal pour la Carla Focus
L’ensemble des lampes de la gamme peut être monté en position verticale. La position horizontale est exclusivement réservée à la Carla Focus : fixée ainsi au divan, elle part à l’horizontale et permet au gynécologue de travailler en sur-épaule ou en sous-épaule, avec un éclairage face au bassin.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

- **Supports acceptés :** tous les rails médicaux
- **Ouverture maximale :** 6 cm
- **Serrage :** clé Allen (fournie), rondelle frein et écrou
- **Plaque d’adaptation :** fournie
- **Matériau :** aluminium anodisé
- **Poids :** 400 g

Questions fréquentes
Faut-il un outil ? Seulement la clé Allen livrée avec l’étau.

Convient-il à un tube rond ? Pour les tubes et les potences, l’étau universel est plus adapté.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/13365-etau-pour-rails-medicaux-pour-lampe-d-examen-avec-plaque-d-adaptation.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.