FICHE PRODUIT



Étau universel pour lampe d’examen avec plaque d’adaptation

Référence : SOC-ETRPM006

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Étau universel : fixer la lampe sur à peu près n’importe quoi

Montant de divan, barreau de lit, potence, pied à perfusion, rail : dans un cabinet ou un service, les structures tubulaires ne manquent pas. L’étau universel s’y accroche. Il s’adapte sur toutes les structures, rondes, carrées ou ovales, ainsi que sur les rails médicaux, et évite l’achat d’un pied roulant quand le mobilier peut porter la lampe.

Une plaque qui s’oriente
L’étau est livré avec une plaque d’adaptation pour les lampes de la gamme. Elle se place sur la tête de l’étau ou sur son côté, avec une rotation sur quatre axes : 90°, 180°, 270° et 360°. Quelle que soit l’orientation du tube, on retrouve ainsi un départ de lampe correct, à la verticale ou à l’horizontale.

Position horizontale : pour une seule famille de lampes
La position horizontale est exclusivement réservée à la lampe Carla Focus, très légère. Toutes les autres lampes se montent à la verticale.

Caractéristiques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Supports acceptés :** structures rondes, carrées, ovales, rails médicaux, tubes, potences
- **Ouverture maximale :** 4 cm
- **Plaque d’adaptation :** fournie, orientable sur 4 axes (90°, 180°, 270°, 360°)
- **Matériau :** aluminium anodisé
- **Poids :** 560 g

Questions fréquentes

Peut-on déporter la lampe ? Oui, en ajoutant la plaque d’adaptation sur bras de 40 cm.

Quelle section maximale ? L’étau s’ouvre jusqu’à 4 cm.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/13366-etau-universel-pour-lampe-d-examen-avec-plaque-d-adaptation.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.