

FICHE PRODUIT

Incubateur et agitateur de microplaques modèle RT-A29

Référence : SOC-RT-A29

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Incubateur-agitateur de microplaques modèle RT-A29

L' **Incubateur-agitateur de microplaques RT-A29** permet une **agitation rotative** de **250-1200 tr / min** dans un **incubateur** compact. Il sert à l'**agitation** et l'**incubation** simultanées de **microplaques** à partir de **25°C jusqu'à 60°C**.

Spécifications du système de l'Incubateur-agitateur de microplaques modèle RT-A29:

1. Alimentation: A.C.110V-220V, 50 / 60Hz
2. Plage de température: 25°C ~ 60°C.
3. Précision de la température: ± 0.5
4. Uniformité de la température: $\pm 0,3$
5. Fréquence: 250-1200 tr / min RPM = rotation par minute
6. Amplitude: 2mm
7. Durée: 0 ~ 100 heures
8. Compatibilité: Compatible avec les microplaques ou les plaques de culture cellulaire Elisa
9. Affichage de la température: écran monochrome

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Colisage:

PB: 6.5 kg

Dimension Lx lxxh: 37.2 x 37x 23.1 cm

volume 0.032 cbm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chaîne-elisa-lecteur-laveur/13381-incubateur-et-agitateur-de-microplaques-modele-rt-a29.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fich etechnique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com