FICHE PRODUIT



Appareil de ponction pulmonaire-MostGraph-02

Référence : SOC-MostGraph-02

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Appareil de ponction pulmonaire-MostGraph-02

Caractéristiques du MostGraph-02

- Résistance respiratoire totale et réactance par technique oscillatoire forcée (FOT)
- Test rapide et simple par respiration calme. Le test est effectué en 20 secondes
- Interprétation graphique 3D du résultat. Facile à comprendre pour les patients
- Appareil autonome basé sur Windows avec moniteur à écran tactile
- Option spiromètre disponible

Spécification du MostGraph -02

Détection de débit	Capteur type Lilly
Plage de débit	0 à +/- 2,6 L / s
Plage de pression de	0 à +/- 5,00 cm H2O

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Précision de la pression	+/- 3,0% (à 2 cm H2O / L / s)
Onde d'impulsion	
Gamme de fréquences	4 à 36 Hz, à toutes les 4 Hz
Résolution temporelle	0,25 s
Interpolation d'impédance Spline	
Intervalle	0,25 s
Onde de bruit	
Gamme de fréquences	4 à 36 Hz, à chaque 2 Hz
Résolution temporelle	0,25 s
Interpolation d'impédance Linéaire	
Autres	
Alimentation	AC100 - 240V, 50 / 60Hz
Dimensions	L35 × P32 × H27cm (unité principale)
Poids env.	11kg
Éléments de mesure	

FOT R5, R20, R5-R20, X5, Fres, ALX

Spirométrie SVC, FVC, TV, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV6, FEV0.5 / FVC, FEV1 / FVC, FEV1 / SVC, FEV3 / FVC, FEV6 / FVC, FEV1 / SVCpr, MMEF, PEF, FEF25, FEF50 , FEF75, FEF90, MMEF / FVC, FEF50 / FEF75, FEF75-85, FEF200-1200, temps PEF, FET, ExtrapV, ExtrapV%, FIVC, FIV0.5, FIV1, FIV1 / FVC, FIV1 / FIVC, PIF, FIF50 , FEF50 / FIF50, FIF50 / FEF50, MVV43, FVC + FEV1, MVV, MV

Accessoires optionnelles :

Description du produit	Numéro de pièce	MOQ
- Unité principale avec accessoires standard	01-2140-001	1 unité
- Unité principale avec accessoires avec option spiromètre	01-2140-001S	1 unité
- Embout buccal en papier (100 pièces / boîte)	03-6111-010211	1 boîte
- Embout buccal en plastique (100pcs / boîte)	03-6111-060101	1 boîte

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Embout buccal en silicone, enfant	03-6111-020401	1 pièce
- Embout buccal en silicone, adulte	3-6111-020402	1 pièce
- Pince-nez (Métal)	03-4511-010101	1 pc
- Éponge pour pince-nez (métal)	03-4511-010201	1 pc
- Pince-nez (plastique, 10 pièces / paquet)	03-5311-010301	1 paquet
- Filtre Spiro, type standard (100 pièces / boîte)	03-5311-010315	1 boîte
- Filtre Spiro, type d'embout buccal (100 pièces / boîte)	03-5311-010316	1 boîte
- Anneau de maille de capteur (10pcs / pack)	03-2421-020201	1 pack
- Joint torique du capteur (bande élastique)	04-1450-110301	1 pc
- Porte-capteur Mesh (A + B)	04-1480-110401	1 paire
- 1L seringue de calibration + adaptateur silicone	04-1350-150101	1 pc
- 1L seringue de calibration + adaptateur silicone	04-1350-150101	1 pc
- LCD, MostGraph-02	05-0401-150101	1 pièce
- Carte principale, MostGraph-02	05-1502-991004	1 pc
- Carte A / D, MostGraph-02	05-1502-141101	1 pièce
- SSD, MostGraph-02	05-1502-032001	1 pièce
- MG2 Tube respiratoire 1,2 m	04-2140-031301	1 pc

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit


https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/13561-appareil-de-fonction-pulmonaire-mostgraph-02.html


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.