FICHE PRODUIT



Extracteur de plasma semi-automatique

Référence : SOC-MM-10000

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

L'extracteur de plasma simple a été équipé d'une fonction de serrage automatique pour standardiser les résultats de séparation

Caractéristiques

- Séparation facile du sang centrifugé.
- Production de plasma exempt de cellules grâce à un système de détecteurs d'érythrocytes de haute précision.
- Utilisation et entretien faciles.
- Extractions très rapides.
- Conçu pour une utilisation dans les grandes banques de sang et sur le terrain.
- Connexion radio des données en option.
- Logiciel PC performant pour configurer l'appareil, recueillir les données et les analyser (en option).
- Enveloppe solide, fonctionnelle et esthétique.
- Dispositif convivial équipé d'avertisseurs acoustiques et visuels. Utilisation intuitive et

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

conviviale.

- Serrage rapide, efficace et étanche.
- Assure la séparation sans contamination par les érythrocytes.
- Deux modes de serrage: automatique et manuel.
- Des capteurs ultrasensibles assurent une séparation précise

Options

- Connexion radio des données.
- Lecteur de codes-barres (pourordinateur de bureau).
- Logiciel de contrôle des données pour PC.

Caractéristiques techniques

Généralités

- Dimensions hors-tout (L xPxH) 254 x 270 x 313 mm.
- Dimensions (LxPxH) plaque de base 193 x 252 x 33 mm.
- Poids 4,4 kg.
- Angle d'ouverture 60 degrés.
- Type de capteur Infrarouge.
- Transfert des données Radio.
- Recueil des données Lecteur de codes-barres.

Alimentation électrique.

- Tension d'entrée 100-240 V 50/60 Hz 2A.
- Tension de sortie 24 V.
- Puissance 8 W.
- Fusible Embarqué.

Paramètres ambiants (conditions de service)

- Température +10 - +40 °C.
- Humidité (également pour le +20 - +90 % stockage et le transport) (sans condensation).
- Température (uniquement pour lestockage et le transport) -20 - +50°C

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Données de conformité

- Classification Dispositif médical de catégorie I.
- Directives et normes appliquées MDD 93/42/EEC, EN 60601-1 EN 60601-1-2, RoHS2.
- Classification Classe II, type B(protection contre les chocs électriques).

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/banques-de-sang/13825-extracteur-de-plasma-automatique.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.