FICHE PRODUIT



Analyseur de biochimie automatique, DS301

Référence : SOC-DS301

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Analyseur de biochimie automatique, DS301

Spécifications:

1- Modèle de dosage: accès aléatoire avec système de lecture directe
2- Test: 40 tests
3- Débit: 1 Réactif: 300 test / h (max); 2 Réactif: 240 test / h; Avec ISE: +120 test / h
4- Position échantillon: 60
5- Volume d'échantillon: 1-100ul, 0,1ul / pas
6- Position du réactif: 40 ou 80 (facultatif)
7- Volume de réactif: R1: 1-400ul, 1ul / étape, R2: 1-400ul, 1ul / étape
8- Longueur d'onde: 340-810nm
9- Source lumineuse: lampe halogène
10- Méthode: point final, cinétique, temps fixe, immunoturbidimétrie, réactif 1-2, multistandard, blanc réactif / sérum, etc.
11- Contrôle qualité: programme de contrôle qualité Levy Jennings à 3 niveaux.
12- Imprimante: plusieurs formats de rapport disponibles

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/13891-analyseur-de-biochimie-automatique-ds301.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.