FICHE PRODUIT



Pipettes Enzymatiques, Certifiées Conforme

Référence : SOC-40545724

Points forts

• delais : 48 heures
• Matière de la pipette : en verre

Description du produit

Pipettes Enzymatiques, Certifiées Conforme

En verre clair et avec pointe étirée renforcée **les Pipettes Enzymatiques** donnent une exécution de précision. Elles sont ajustées pour délivrer un écoulement partiel. Le temps d'écoulement est court, zéro en haut, avec graduation indélébile brune «ASSISTENT-PERMANENT» recuite au four.

Longueur: env. 35 cm

Non.	Division	Capacité	Code couleur	Tolérance
40545724	0,01	1 ml	jaune	7 µl
40545730	0,02	2 ml	noir	10 µl
40545736	0,05	5 ml	rouge	30 µl
40545760	0,1	10 ml	orange	50 µl

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/pipettes-en-verre-pyrex/13907-pipettes-enzymatiques-certifiees-conforme.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Matière de la pipette	en verre

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.