

FICHE PRODUIT



Bilirubinomètre transcutané modèle JH2

Référence : SOC-JH20200513

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bilirubinomètre transcutané modèle JH2

Le **Bilirubinomètre transcutané modèle JH2** est un appareil de mesure de la **bilirubine**.

- La **bilirubine** est un pigment jaune, produit de dégradation de l'**hémoglobine** (lors de la destruction des globules rouges) mais aussi d'autres hémoprotéines (cytochromes, catalases...). Son catabolisme est assuré par le foie.
- Son accumulation anormale dans le sang et les tissus détermine **un ictère** (ou « **jaunisse** »), qui peut relever de causes très diverses (atteinte hépatique comme une cholestase ou une hépatite, hémolyse intravasculaire...).

Le **Bilirubinomètre transcutané modèle JH2** peut être utilisé pour tester en clinique l'**ictère du nouveau-né**; c'est un détecteur de jaunisse transcutané. Il est nécessaire en obstétrique, néonatalogie et pédiatrie. Il a Affichage numérique LED à trois chiffres (un chiffre décimal).

Spécifications techniques du Bilirubinomètre transcutané modèle JH20-1B :

- Méthodes de vérification: Comparez la lumière bleue et verte;
- Indication: Affichage numérique LED à trois chiffres (un chiffre décimal);

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lisible: Testez la valeur de la bilirubine directement sur le front du bébé;
- Comptage moyen: non;
- Écart de test:
 - a) $0-15 \pm 1$;
 - b) $16-25 \pm 1.5$;
- Source lumineuse: lumière clignotante au xénon;
- Alimentation: Groupe de batteries Ni-MH 4,8 V;
- Préparation du temps de démarrage: <10s;
- Chargeur:
 - a) Entrée 220V / 50Hz;
 - b) Sortie 6V / 0.3ADC;
- Vérification:
 - a) l'écran blanc indique 00 ou 01 ;
 - b) l'écran jaune indique $20,0 \pm 1$;
- Poids du produit: Environ 245g;
- Taille du produit: 163mm x 66mm x 37mm;
- Poids brut: 3,0 kg;
- Dimensions d'emballage: 30 cm x 25 cm x 15 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/14160-bilirubinometre-transcutane-modele-jh20-1b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com