FICHE PRODUIT



Bilirubinomètre transcutané modèle JH2

Référence : SOC-JH20200513

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Bilirubinomètre transcutané modèle JH2

Le **Bilirubinomètre transcutané modèle JH2** est un appareil de mesure de la **bilirubine**.

- La **bilirubine** est un pigment jaune, produit de dégradation de l'**hémoglobine** (lors de la destruction des globules rouges) mais aussi d'autres hémoprotéines (cytochromes, catalases...). Son catabolisme est assuré par le foie.

- Son accumulation anormale dans le sang et les tissus détermine **un ictère** (ou « **jaunisse** »), qui peut relever de causes très diverses (atteinte hépatique comme une cholestase ou une hépatite, hémolyse intravasculaire...).

Le **Bilirubinomètre transcutané modèle JH2** peut être utilisé pour tester en clinique l'i**ctère du nouveau-né**; c'est un détecteur de jaunisse transcutané. Il est nécessaire en obstétrique, néonatologie et pédiatrie. Il a Affichage numérique LED à trois chiffres (un chiffre décimal).

Spécifications techniques du Bilirubinomètre transcutané modèle JH20-1B :

- Méthodes de vérification: Comparez la lumière bleue et verte;

- Indication: Affichage numérique LED à trois chiffres (un chiffre décimal);

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Lisible: Testez la valeur de la bilirubine directement sur le front du bébé;
- Comptage moyen: non;
- Écart de test:

a) 0-15 ± 1 ;

b) 16-25 ± 1.5;

- Source lumineuse: lumière clignotante au xénon;
- Alimentation: Groupe de batteries Ni-MH 4,8 V;
- Préparation du temps de démarrage: <10s;
- Chargeur:

a) Entrée 220V / 50Hz;

b) Sortie 6V / 0. 3ADC;

- Vérification:

a) l'écran blanc indique 00 ou 01 ;

b) l'écran jaune indique 20,0 ± 1 ;

- Poids du produit: Environ 245g;
- Taille du produit: 163mm x 66mm x 37mm;
- Poids brut: 3,0 kg;
- Dimensions d'emballage: 30 cm x 25 cm x 15 cm.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/neonatologie-et-reanimation-neonatale/14160-bilirubinometre-transcutane-modele-jh20-1b.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.