FICHE PRODUIT



Atomisor nébuliseur sonique pédiatrique NL11PS

Référence : SOC-NLPS11

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Ce kit est un dispositif servant pour le traitement ORL - Sinusien. Le nébuliseur NL11PS Sonique Pédiatrique s'utilise avec tous les appareils d'aérosols soniques.

Ce kit pour enfant se compose d'un tuyau pression, d'un tuyau vibrations, d'un masque souple et d'un nébuliseur. L'assemblage et démontage du dispositif est très simple.

Ce nébuliseur ne peux pas être utilisé avec un Atomiseur Manosonique AMSA

CARACTERISTIQUES :

Classe IIa

Longueur tuyau pression : 1 m

Longueur tuyau vibrations : 1 m

Volume maximal de remplissage : 12 ml

Volume minimal de remplissage : 3 ml

Performances pour un volume de remplissage de 4 ml :

MMAD* : 5.5 µm

Aérosol produit** : 1.10 ml NaF 1%

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Débit aérosol produit*** : 0.09 ml/min

* Diamètre aérodynamique médian en masse de l'aérosol produit

** Volume de médicament inhalé par le patient lors d'une séance de nébulisation

*** Volume de médicament inhalé par le patient durant 1 minute de nébulisation

Désinfection :

Après chaque séance, nettoyer les gicleurs en faisant fonctionner avec de l'eau, puis débrancher les tuyaux venant du compresseur et laver le nébuliseur à l'eau

Pour la désinfection, démonter toutes les pièces

Le nébuliseur, le masque, et le tuyau se désinfectent dans l'eau bouillante (20 minutes)

Le corps est stérilisable par autoclave à 134°C

Laisser ensuite sécher à l'air libre dans un endroit propre.

Conditionnement : Fourni avec masque, nébuliseur, 2 tuyaux.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/appareils-d-aerosoltherapie/14234-atomisor-nebuliseur-sonique-pediatrique-nl11ps.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.