FICHE PRODUIT



Analyseur de coagulation sanguine, Modèle AJ-1326

Référence : SOC-AJ1326

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

FONCTIONNALITE

- Le principe avancé de la lumière diffusée et l'analyse en pourcentage garantissent des résultats précis.
- Faible consommation de réactif inférieure à 20uL, réactif ouvert.
- Système spécial de localisation des gobelets d'essai, en ajoutant un support d'échantillons.
- Méthode PT dérivée pour tester le fibrinogène, diminuer le dosage du réactif.
- Le système avancé d'adaptation de lumière optique garantit un résultat de précision.
- Imprimante thermosensible interne.
- Pipette à liaison électronique en option.
- Effectuez tous les tests de routine tels que le PT. APTT. TT Fibrinogène et facteurs de coagulation.
- Interface RS232, connexion PC

SPECIFICATION:

- Test des canaux: 2 canaux; 2 paramètres d'analyse différents dans le même temps.
- Exemple de position de préchauffage: 16 positions.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Position de préchauffage du réactif: 4 positions.
- Logiciel minuteur : 2.
- Longueur d'onde de test: 470 nm.
- Échantillon: 20uL-40ul.
- Réactif: 20uL-40uL.
- Précision de contrôle de la température: 37 ± 0,3 ℃
- Répétabilité: Cv <2%
- Indicateur de coïncidence: ≤3%
- Mémoire: 10000 résultats de test.
- Notation du résultat: S,%, PTR, INR, g / L
- Langue d'opération: anglais.
- Écran: 240 * 128 LCD.
- Alimentation: 220VAC ± 15% 50-60Hz.
- Dimensions: 395 mm (L) × 320 mm (L) × 135 mm (H).
- Température: 15 30 -30 ℃ wet≤90%
- Poids: 6Kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/14327-analyseur-de-coagulation-sanguine-modele-aj-1326.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.