FICHE PRODUIT



Appareil d'anesthésie modèle AM834

Référence : SOC-AM834

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Appareil d'anesthésie modèle AM834

Description :

Plus précis, plus sûr et plus pratique

Marqué CE, conforme aux exigences cliniques de l'UE

Garantie de qualité ISO

Convient aux adultes et aux enfants

Option Pin-Index pour cylindre NO / O

Caractéristiques de L'Appareil d'anesthésie modèle AM834 :

Spécifications physiques et environnementales :

1.Dimension: L600xW740xH1368

2. Température de stockage: -22 ° c ~ + 55 ° c

3. Température de fonctionnement: + 10 ° c ~ + 40 ° c

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

4. Humidité de stockage: ≤93 ° c

Spécification électronique :

1. Alimentation: AC100 ~ 240V ± 10%, 50 / 60Hz ± 1%

2. Batterie: 2,5 ~ 4 heures

3. Consommation d'énergie: ≤75VA

4. Lumière supérieure

Spécification pneumatique :

1. 22O: 0 ~ 1L / min, 1 ~ 10L / min

2. Rinçage: 25 ~ 75L / min

3. Mode de travail: fermé, semi-fermé, semi-ouvert

4. Valve APL: ≤6KPa

5. Sans coupure: pression O_2 inférieure à 0,1 MPa

6. O_2 concentration

7. Forme d'onde: P-T, F-T

8. Boucle: F-V, V-P

Alarme:

1. Limite de pression des voies aériennes

2. Concentration d'O2

3. Apnée

4. Volume courant

5. Volume en minutes

6. Fréquence respiratoire

7. Panne d'alimentation

8. Batterie faible

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/15152-appareil-d-anesthesie-modele-am834.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.