

FICHE PRODUIT



Tube sous vide Vacutest en PET 9ml/10ml sans additif stérile

Référence : TER-VK109SLI

Points forts

- délais : 1 semaine
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- Tube sous vide Vacutest en PET stérile sans additif

Application

- Prélèvement d'échantillons sanguins
- Tube de purge

Avantages

Remplissage des tubes standardisé et toujours précis
Grande ergonomie
Bonne visualisation de l'échantillon sanguin
Résistance aux impacts
Léger : réduit les coûts de transport et d'élimination des déchets

Autres caractéristiques

- Conforme au marquage CE (DIV)
- Conforme aux normes ISO 6710 et EN 14820 relatives aux tubes à prélèvement
- Conforme au CLSI

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Stérile par irradiation conformément à la norme EN ISO 11137-1 et EN ISO 11737-2

Matière du tube: Polytéréphtalate d'éthylène

Type de bouchon : Coiffant

Couleur du bouchon Blanc

Descriptif du produit

Application majeure : Purge

Nature de l'additif : Aucun

Matière du tube : Polytéréphtalate d'éthylène

Paroi du tube : Standard

Diamètre du tube (en mm) : 16

Hauteur du tube (en mm) : 100

Volume du tube (en ml) : 10

Volume de vide (en ml) : 9

Descriptif du bouchon - Matière : surface large de perçage en butyle, cape coiffante en polyéthylène

- Hauteur : 2 cm avec rainures

- Code couleur ISO 6710:1995

Etiquetage Papier auto-adhésif

Indicateur du niveau de remplissage Oui

Niveau de stérilité Stérile - Irradiation

A usage unique Oui

Stockage et conservation - Le tube conservé sur de longues durées doit être stocké dans un endroit sec à une température comprise entre +5 et +25°C

- Il doit être maintenu en position verticale, bouchon en haut, comme signalé sur chaque carton

Autres caractéristiques - Conforme au marquage CE (DIV)

- Conforme aux normes ISO 6710 et EN 14820 relatives aux tubes à prélèvement

- Conforme au CLSI

- Stérile par irradiation conformément à la norme EN ISO 11137-1 et EN ISO 11737-2

* conditionnement minimum de vente: Boîte de 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/tube-de-prelevement-en-p-e-t/15196-tube-a-prelevement-sous-vide-en-p-e-t-10ml-se.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	1 semaine
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com