


FICHE PRODUIT

Automate Auto Elisa BIOBASE2000

Référence : SOC-BIOBASE2000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Automate Auto Elisa BIOBASE2000

Description de l'Automate Auto Elisa BIOBASE2000 encore appelé Processeur Auto Elisa, modèle BIOBASE200

- 4 microplaques, 2 sondes de pipetage
- 192 positions d'échantillon, 96 positions de dilution, 23 positions de réactif, 16 positions de réactif communes, 48 positions de QC.
- Toutes les positions d'échantillon et de réactif peuvent être modifiables.
- Fonctionnement: automatisé

Caractéristiques principales

Modèle : BIOBASE200

Unité de pipetage d'échantillons

- Portoir d'échantillons : 24 tubes d'échantillons / portoir, au plus 23 portoirs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tubes à échantillons primaires : 11.5-13mm
- Pipetage : 8ul~1000ul, (10ul) CV<5%
- Temps de dispense : 12 minutes en ajoutant 96 échantillons
- Système de distribution: 1 sonde aspiration-distribution avec mouvement X-Y-Z; système de dilution avec une seringue de 1000ul,
- station de lavage à débit continu.

Unité de pipetage de réactif

- Portoirs de réactifs : 2 réservoirs de réactifs (60 ml) / portoir, 23 portoirs maximum
- Racks QC : 24 positions / rack QC, au plus 23 racks
- Pipetage : 8ul ~ 1000ul, 1ul pas à pas
- précision de pipetage : (100ul) CV≤0.5%
- Temps de dispense : 3 minutes (typique) ^ 100 ul de 96 réactifs à la plaque à partir du flacon de réactif

Unité de lavage

- Programmable : Oui (options et paramètres)
- Conteneurs de lavage : 3 tampons de lavage à 2,0 L, 1 tampon de lavage à 5,0 L, avec détection de niveau
- Conteneurs à déchets : 25L avec capteur de vidange plein
- Système de lavage : Deux collecteurs à 8 buses, un pour distribuer et l'autre pour aspirer
- Lavage résiduel : <2μl

Unité de lecture

- Système de lecture : 8 canaux photométriques indépendants avec capacité de lecture mono et bichromatique
- Gamme photométrique : 0.000 ~3.000 OD
- Gamme spectrale : 400-700nm
- Filtres optiques : 2 filtres de précision (450 et 630 nm); 2 de plus sur demande
- (4 filtres max, 405 nm, 450 nm, 492 nm et 630 nm)
- Imprécision de lecture : imprécision ± 1% de 0,000 à 1,500 OD, ± 2% de 1,500 à 3000 OD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Unité d'incubation

- Incubateurs : 4 unités indépendantes
- Programmable : Oui
- Écart de température : RT à 45 °C
- Précision de la température : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Stabilité de la température : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Unité logicielle

- Système logiciel : Windows 7/8/10/11 ou supérieur, système LIS disponible
- Application de fonction : Etablissement de la liste de travail, rapports des patients et classement des résultats; stockage de la courbe d'étalonnage pour chaque test effectué
- Réduction de donnée : seuil (qualitatif)

Autres

- Source de courant : AC 110/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz $\square$ 450W
- Taille externe (W * D * H) : 1235*710*880mm
- PackageSize (W * D * H) : 1370*850*1439mm
- Poids brut : 220kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chaine-elisa-lecteur-laveur/15335-processeur-auto-elisa-biobase2000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com