


FICHE PRODUIT



Microcuvettes HemoCue Hb 501 (Boite de 4 x 50)

Référence : SOC-602859

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microcuvettes HemoCue Hb 801 (4 x 50 unités)

Emballage des Microcuvettes HemoCue Hb 801 :

1. 4 flacons/boîte
2. 50 unités/flacon
3. Quantité Minimum de commande (MOQ) : Boite de 4 x 50 unités (200 unités)

Utilité du système d'analyse HemoCue® Hb 801:

Le système d'analyse HemoCue® Hb 801 se compose de l'Analyseur d'Hémoglobine HemoCue® Hb 801 et de **Microcuvette HemoCue® Hb 801**. C'est le meilleur de l'innovation par les pionniers des tests Hb.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Grâce à l'introduction du système d'analyse HemoCue® Hb 801 innovant, nous élevons le diagnostic Hb sur le lieu d'intervention à un niveau inédit. Le système d'analyse HemoCue® Hb 801 est conçu pour répondre à vos besoins, en conservant la robustesse et la qualité que vous attendez des produits HemoCue. Il offre une grande facilité d'utilisation et optimise les processus grâce à la connectivité fournissant un résultat rapide au moment des soins.

Optimisé pour le test de l'hémoglobine en cabinet médical et établissements de santé publique, Le système d'analyse HemoCue® Hb 801 permet d'obtenir rapidement et facilement des résultats aussi fiables qu'en laboratoire sans compromettre leur précision, même dans les conditions climatiques les plus difficiles, avec des températures et des taux d'humidité élevés. Ainsi donc il vous permet de :

1- Maximisez le temps avec vos patients :

- a) Un résultat immédiat en moins d'une seconde
- b) Travaillez partout avec des options d'alimentation flexibles
- c) Facile à nettoyer - temps d'indisponibilité réduits

2- Bénéficiez d'une efficacité opérationnelle jour après jour :

- a) Définit les rappels de nettoyage et programme les contrôles qualité*
- b) Un grand écran et des symboles vous permettent de surveiller rapidement les processus et les résultats
- c) « Let-Go-Grip » - Inutile de maintenir la microcuvette enfoncée pendant la mesure

3- Appuyez-vous en toute confiance sur les résultats obtenus sur le lieu d'intervention :

- a) Étalonné en usine avec la méthode de référence ICSH recommandée. Ne nécessite aucun étalonnage ultérieur
- b) Un design robuste et un système de test précis dans une large plage de températures et d'humidité
- c) Autotest intégré

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Présentation du système d'analyse HemoCue® Hb 801:

Principe	Le système d'analyse HemoCue® Hb 801 se compose d'un analyseur et de Microcuvettes HemoCue® Hb 801. Le sang est aspiré dans la cavité de la microcuvette par capillarité. La mesure s'effectue dans l'analyseur, qui mesure l'absorbance du sang total au point isobestique de Hb/HbO₂.
Étalonnage	Le système d'analyse HemoCue® Hb 801 est étalonné conformément à la méthode de cyanméthémoglobine (HiCN), la méthode de référence internationale recommandée par ICSH en matière de détermination des concentrations d'hémoglobine dans le sang. Le système est étalonné en usine et ne nécessite aucun étalonnage supplémentaire.
Échantillons	Sang total capillaire ou veineux
Plage de mesure	1,0-25,6 g/dL (10-256 g/L, 0,62-15,9 mmol/L)
Temps de mesure	< 1 sec
Volume de l'échantillon	10 µL
Dimensions	87x143x45 mm
Poids	<250 g, sans piles/batterie
Température de stockage	Analyseur : 0-50 °C Microcuvettes : 10-40 °C. Un flacon de microcuvettes ouvert ou non ouvert peut être stocké pendant une durée plus courte (6 semaines) entre -18 et 50 °C.
Température de fonctionnement	10-40 °C
Alimentation	Adaptateur USB ou 3 piles AA (1,5 V alcalines ou 1,2 V NIHM). Facultatif : HemoCue Rechargeable battery
Interface Facultatif	Applications logicielles HemoCue USB et Bluetooth Low Energy HemoCue® 801 Connect*
Contrôle qualité	Auto-test intégré, solutions de contrôle en option

Mode d'emploi de l' Analyseur d'Hémoglobine HemoCue® Hb 801 :

Pour effectuer le test, suivez les trois étapes simples que voici:

1. Remplissez la **Microcuvette HemoCue® Hb 801**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

2. Placez la **Microcuvette HemoCue® Hb 801** dans l'analyseur.
3. Lisez les résultats.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hemoglobinometre/15597-microcuvette-hemocuer-hb-501.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com