FICHE PRODUIT



Lampe opératoire à lumière froide à LED YD01-5E (bras standard, batterie de secours)

Référence : SOC-YD015ELED

Points forts

• delais : 48 heures
• Type d'ampoules : Ampoules LED
• Type de fixation : Pied télescopique roulant 60-100 cm Lesté
• Domaines d'utilisation de la lampe : Gynécologie

Description du produit

Lampe opératoire à lumière froide à LED YD01-5E (bras standard, batterie de secours)

Lampe opératoire à lumière froide à LED : source LED sans élévation de température, qualité de lumière du jour et indice de rendu des couleurs (IRC) répondant aux besoins des praticiens. Système optique unique offrant un spot lumineux homogène et haute définition. Longue durée de vie des LED, économies d'énergie et respect de l'environnement.

Caractéristiques techniques

- Éclairement : ≥100 000 Lux
- Température de couleur : 4800±300K
- Profondeur d'éclairement : ≥500 mm
- Diamètre du champ lumineux : 160–220 mm
- Puissance nominale de l'ampoule : 3,2V / 1W (32 LED)
- Alimentation : 220V / 50 Hz

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Durée de vie des LED : ≥50 000 h
- Autonomie de secours : 7 heures
- Bras standard

Référence fabricant : YD01-5E(LED).

Mentions obligatoires :
Publicité.
Dénomination : Lampe opératoire à lumière froide à LED YD01-5E (bras standard, batterie de secours)
Destination : Éclairage du champ opératoire pour interventions et examens.
Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.
Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampe-operation-ledmobile/16166-lampe-operatoire-a-lumiere-froide-a-led-yd01-5e-bras-standard-batterie-de-secours.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Pied télescopique roulant 60-100 cm Lesté
Domaines d'utilisation de la lampe	Gynécologie

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.