FICHE PRODUIT



Aiguille Vacutest® 20Gx25mm à vis jaune

Référence : SOC-AVK2025

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Spécificités Techniques:

Matière

- Aiguille : acier inoxydable type AISI 304 recouvert de silicone

- Couverture plastique et centre : polypropylène

- Manchon caoutchouc : isoprène

Autres caractéristiques

- Conforme au marquage CE (DM)

- Aiguille arrière recouverte d'un manchon rétractable

- Code couleur en fonction de la gauge

- Stérile par oxyde d'éthylène conformément à la norme EN ISO 11135

- Conditionnement: boîte de 100

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Diamètre externe (gauge) : 20

- Diamètre externe (en mm) : 0.9

- Longueur (en inch) : 1''

- Longueur (en mm) : 25

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aiguille-de-prelevement-sanguin/16366-aiguille-vacutestr-20gx25mm-a-vis-jaune.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.