

FICHE PRODUIT



Aiguille Vacutest® 20Gx25mm à vis jaune

Référence : SOC-AVK2025

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécificités Techniques:

Matière

- Aiguille : acier inoxydable type AISI 304 recouvert de silicone
- Couverture plastique et centre : polypropylène
- Manchon caoutchouc : isoprène

Autres caractéristiques

- Conforme au marquage CE (DM)
- Aiguille arrière recouverte d'un manchon rétractable
- Code couleur en fonction de la gauge
- Stérile par oxyde d'éthylène conformément à la norme EN ISO 11135
- Conditionnement: boîte de 100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Diamètre externe (gauge) : 20
- Diamètre externe (en mm) : 0.9
- Longueur (en inch) : 1"
- Longueur (en mm) : 25

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguille-de-prelevement-sanguin/16366-aiguille-vacutestr-20gx25mm-a-vis-jaune.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com