FICHE PRODUIT



Incubateur de microplaques modèle RTA-19

Référence : SOC-192022

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Descrition

Incubateur de microplaques modèle RTA-19

Caractéristiques de l’Incubateur de microplaques modèle RTA-19

- - Chauffage compact et sec.
- - Utilisation facile avec l'analyseur de chimie
- - Incube les tubes à 25 ℃ /30 ℃ /37 ℃ /45 ℃
- - Affichage de la température par LED
- - Deux types de tubes, jusqu'à24 tubes incubés.

Spécifications du système de l’Incubateur modèle RTA-19

Mode de chauffage : Chauffage Métalline

Option de température : 25 ℃ /30 ℃ /37 ℃ /45 ℃

Précision de la température : ±0.5 ℃

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Différence de température entre les trous : ±0.3 ℃

Vitesse de chauffage : 25 ℃ --37 ℃ en 6 minutes (température ambiante 25 ℃)

Affichage de la température par : LED numérique

Caractéristiques du trou : Φ13mmX20 □ Φ15mmX4 □ profondeur du trou : 33mm

Puissance de chauffe : 70W

Dimensions : L × W × H(mm) 272mm x 203mm x 188mm

Poids net : 2.4kg

Alimentation électrique : AC 85 □ 265V 50 □ 60HZ

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/incubateurs/16380-incubateur-de-microplaques-modele-rta-19.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.