FICHE PRODUIT



INDICATEUR UPSTAR BOWIE & DICK

Référence : SOC-170220

Description du produit

- DESCRIPTION

Le test-prêt à l'emploi de Bowie & Dick est spécifiquement conçu pour vérifier le fonctionnement correct des autoclaves à vapeur et leur capacité de stériliser les dispositifs poreux (tampons, champs, blouses, non tissé ...)

Caractéristiques :

Test Bowie & Dick prêt à l'emploi

- Stabilité du changement de couleur
- Haute sensibilité, détecte toute anomalie
- Satisfaisant: couleur verte uniforme
- Non satisfaisant: couleur rouge centrale Durée et/ou température et/ou pression de vapeur incorrecte(s).

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/16545-indicateur-upstar-bowie-dick.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.