FICHE PRODUIT



Incubateur ou couveuse néonatale, Modèle YP-910

Référence : SOC-YP910

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

- Description

L'incubateur néonatal modèle YP-910 a en plus les avantages suivants : Inclinaison de la nacelle ajustable, panneau de commande tactile avec affichage numérique à LED, affichage séparée de la température de consigne, la température réelle et la température, multiplies alarmes, Connecteur RS 232 disponible

Configuration standard :

lit bébé, contrôleur de température, capteur de température cutanée, réservoir d'eau, filtre à air, I.V. Pôle, armoire.

Spécifications de l'auvent
Matelas (auvent): 454mm
Port d'accès: 6 (2 ports de l'iris)
L’autoport de tube d'étanchéité: 4
Panneau d'accès avant: 855x285mm
Matelas taille du bac: 630x355mm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications techniques

Mode de température (Servo contrôlées): air, nourrisson
Plage de réglage de température d'air: 20°C~37°C, 37~39°C
Plage de réglage de température pour nourrisson: 30°C~37°C, 37~38°C
La précision du capteur pour nourrisson: ±0,2 °C
Plage d'affichage d'humidité relative: 0-99%
Variations de température: ≤0,5 °C
L'homogénéité de température de matelas: ≤0,8 °C
Temps de préchauffage: ≤30 min
Niveau de bruit au sein de l'auvent: ≤45dB

Emballage:

Poids brut : 66 kg

Poids net : 55 kg

Mesure : 1085 mm × 640 mm × 915 mm

Plus de détails voir fiche technique

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/neonatologie-et-reanimation-neonatale/16705-incubateur-ou-couveuse-neonatale-modele-yp-910.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.