FICHE PRODUIT



Analyseur de coagulation 04 canaux (coagulomètre) URIT-610

Référence : SOC-URIT610

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Les avantages

- L'analyseur de coagulation URIT-610 possède 4 détecteurs pour 4 paramètres différents.

- Il effectue une analyse de la température précise de l'incubateur

- Méthode avancée pour éliminer les interférences de l'hémolyse, du chyle, de l'ictère, de la turbidité, de la viscosité du plasma, etc.

- Consommation minimale de réactifs, système de réactifs ouvert Imprimante thermique interne avec plage de valeurs de référence

Détails rapides de l'analyseur de coagulation URIT-610

Principe : méthode des billes à double circuit magnétique

Détecteur : 4 canaux

Incubateur : 16 positions d'échantillon, 4 positions de réactif

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Stockage des données : 500 résultats de tests

Affichage : Écran LCD de 5,1 pouces

Impression : Imprimante intégrée et imprimante externe

Entrée / sortie : Port RS-232 et interface parallèle

Alimentation : AC100V~240V, 50/60Hz, 45W

Dimensions : 380 mm(L) × 40mm(P) ×130mm(H)

Poids : 5,9 kg

Paramètres :
PT (temps de prothrombine)
APTT (temps partiel de thromboplastine activée)
TT (temps de thrombine)
FIB (fibrinogène)
Protéine C, Protéine S, HEP (Héparine de haut poids moléculaire), LMVWH (Héparine de bas poids moléculaire), LA (Anticoagulant du lupus),
Facteur de thrombine II, V, VII, X, VIII, IV, IX, XI, XII, etc.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/16982-analyseur-de-coagulation-04-canaux-coagulometre-urit-610.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.