FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de paillasse à usage général 5250 tr/min modèle R-8C

Référence : SOC-848012

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Centrifugeuse de paillasse à usage général 5250 tr/min modèle R-8C

Description de la Centrifugeuse de paillasse à usage général 5250 tr/min modèle R-8C

Le modèle de centrifugeuse de laboratoire R-8C est adapté pour l'analyse d'échantillons de routine dans les laboratoires médicaux, hospitaliers, pathologiques et institutionnels.

Caractéristiques de la Centrifugeuse de paillasse à usage général 5250 tr/min modèle R-8C :

- Indicateur de vitesse numérique
- Régulateur de vitesse en continu
- Compte à rebours numérique de 0 à 99 minutes
- Détecteur de balourd avec coupure
- Verrouillage du couvercle de sécurité pour empêcher l'ouverture du couvercle pendant la centrifugation

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications techniques de la Centrifugeuse de paillasse à usage général 5250 tr/min modèle R-8C

- **Numéro de modèle** : R8C
- **Max. Contenance** : 300 ml
- **Max. Plage de vitesse (RPM)** : 5250 tr/min
- **Dimensions (LxPxH) (mm)** : 365 x 415 x 350
- **Max. FCR** : 300 grammes

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16991-centrifugeuse-de-paillasse-a-usage-general-5250-tr-min-modele-r-8c.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.