FICHE PRODUIT




# Générateur électrochirurgical d'endoscopie

Référence : SOC-1003.0

### Points forts

• delais : 48 heures
• Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

- DESCRIPTIF

## Générateur électrochirurgical d'endoscopie

### GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL (300W)

- Système adaptatif avec stabilisation de la puissance de sortie dans une large gamme de résistances tissulaires (100-1000 Ohms)

- Continuité de l'électrode neutre et surveillance des fuites de courant LF qui garantissent la sécurité

- Autotest du générateur et des accessoires après la mise sous tension

- Activation des modes monopolaires : par pédale ou poignée

- Découpe monopolaire en liquide (mode TUR)

- Jusqu'à 9 modes fréquemment utilisés par le chirurgien peuvent être enregistrés en mémoire

- Panneau avant plat, facile à nettoyer, avec presse boutons pour les modes et la régulation

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

de puissance

**GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL (300W, ÉCRAN TACTILE)**

- Système adaptatif avec stabilisation de la puissance de sortie dans une large gamme de résistances tissulaires (100-1000 Ohms)
- Continuité de l'électrode neutre et surveillance des fuites de courant LF qui garantissent la sécurité
- Autotest du générateur et des accessoires après la mise sous tension
- Activation des modes monopolaires : par pédale ou poignée
- Découpe monopolaire en liquide (mode TUR)
- Jusqu'à 9 modes fréquemment utilisés par le chirurgien peuvent être enregistrés en mémoire
- Panneau avant plat, facile à nettoyer, avec menu tactile pour les modes et la régulation de la puissance
- Le moniteur TFT couleur 7" affiche les niveaux de puissance de sortie effectifs dans tous les modes de fonctionnement

## Spécifications techniques du générateur électrochirurgical 300W, avec presse boutons et écran tactile

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

| Spécifications techniques | Générateur électrochirurgical (300W) | Générateur électrochirurgical (300W avec écran tactile) |
|---|---|---|
| **Coupe monopolaire :**<br>• Coupe pure<br>• Coupe TUR<br>• Mélange1<br>• Mélange2 | • 300W à 300 Ohm<br>• 300W à 300 Ohm<br>• 180W à 300 Ohm<br>• 210W à 300 Ohm | • 300W à 300 Ohm<br>• 300W à 300 Ohm<br>• 180W à 300 Ohm<br>• 210W à 300 Ohm |
| **Coagulation monopolaire :**<br>• Coagulation douce<br>• Coagulation forcée | • 100W à 300 Ohm<br>• 120W à 300 Ohm | • 100W à 300 Ohm<br>• 120W à 300 Ohm |
| **Coagulation bipolaire :**<br>• Bicoag1<br>• Bicoag2 | • 90W à 200 Ohm<br>• 90W à 200 Ohm | • 90W à 200 Ohm<br>• 90W à 200 Ohm |
| **Fréquence de fonctionnement du générateur** | 440 kHz | 440 kHz |
| **Affichage / Commandes** | LED / Presse boutons | 7” TFT / écran tactile |
| **Classe de protection** | I | I |
| **Partie appliquée** | BF | BF |
| **Classement selon. au MDD 93/42 ECC** | IIb | IIb |
| **Courants de fuite basse fréquence** | acc. selon CEI 60601-1 | acc. selon CEI 60601-1 |

| Courants de fuite haute fréquence | acc. selon CEI 60601-2-2 | acc. selon CEI 60601-2-2 |
|---|---|---|
| **Tension secteur, V** | 230 | 230 |
| **Consommation électrique, W, max.-** | 650 | 650 |
| **Dimensions, mm** | 320 x 140 x 350 | 350 x 140 x 350 |
| **Poids, kg** | 7,3 | 7,3 |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/bloc-operatoire-et-chirurgie/17002-generateur-electrochirurgical-d-endoscopie.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |
| Résolution de l'écran | Full HD |

## Déclinaisons

| Désignation | Référence : | EAN13 : |
|---|---|---|
| eclairage_puissance - 300W | SOC-1003.03 | |
| eclairage_puissance - 300W+Ecran tactile | SOC-1003.030 | |
| eclairage_puissance - 200W/100-260V/50Hz+Ecran tactile | SOC-1003.02 | |
| eclairage_puissance - 300W/100-260V/50Hz+Ecran tactile | SOC-1003.031 | |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.