FICHE PRODUIT



Agitateur Orbital Vitesse Fixe 100 Tours/Mn

Référence : SOC-7995798

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Appareil léger et peu encombrant

Mécanisme silencieux à vitesse invariable actionnant avec douceur et régularité un plateau sur lequel repose une feuille antidérapante. Permet de recevoir des plaques de différentes tailles.

Fonctionnement en étuve chauffée ou réfrigérée sans perturbation de température.

Utilisé pour séro-agglutination et réactions sérologiques de floculations sur plaques.

Agitateur à translation circulaire (agitateur de Kline)

Orbite 50 mm et vitesse fixe 100 tours/mn

Minuterie 0/60 mn.

Caractéristiques de l’agitateur orbital

Type : Agitateur à plateforme (agitateur de Kline)

Mouvement : Orbital

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Orbite : 50 mm

Contrôle de la vitesse : Fixe

Plage de vitesse : 100 tours/mn

Taille du plateau (longueur x largeur) : 26,5 X 17,5 cm

Supports adaptables : Permet de recevoir 4 plaques séroscopiques en verre à 24 disques en relief Ø14 mm ou autres plaques

Tableau de commande :

de gauche à droite

– Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux vert

– Inverseur marche continue (vers le haut) et minuterie (vers le bas)

– Bouton-cadran de minuterie : 60 mn

Dimension de l'appareil (largeur x profondeur x hauteur) : 35 X 25 X 10.5 cm ou 13 cm avec la cloche

Poids : 5 kg

Puissance : 25 W

Alimentation électrique : Tension d’alimentation : 230 V~ monophasé 50 Hz

Fusibles : 2 ×160 mA

Cordon-secteur amovible de 1,50 m muni d’une prise surmoulée 10/16 A. 2 P + T

Normes européennes : CEM/BAT/RoHS

Livré avec plateau antidérapant, 4 plaques séroscopiques (130 x 85 mm), 24 disques (Ø.14 mm) et couvercle (cloche anti-poussière).

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/agitateur-orbital/17047-agitateur-orbital-vitesse-fixe-100-tours-mn.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.