FICHE PRODUIT



Tomographie par cohérence optique OCT ophtalmique Modèle OCT500

Référence : SOC-OCT500

Points forts

• Conditionnement : 1
• delais : 48 heures

Description du produit

- Tomographie par cohérence optique OCT ophtalmique Modèle OCT500

Caractéristiques

1. Design compact: tout est à l'intérieur de ce Corps ompact. Aucun ordinateur externe n'est nécessaire. Branchez le câble d'alimentation.

2. PC à l'intérieur : l'acquisition et le traitement des données sont effectués par l'ordinateur interne. Les données peuvent être transportées via Ethernet ou u un disque dur externe. Les périphériques, tels qu'un clavier ou une imprimante, peuvent être connectés aux ports de l'ordinateur.

3. Installation facile : pas de connexion ou d'installation complexe. Corps compact pouvant s'adapter même dans un petit espace.

Spécifications

Méthodologie : Domaine spectral OCT

Résolution axiale : ≤ 6 µm (dans le tissu)

Résolution transversale : ≤ 20 µm (dans le tissu)

Profondeur de numérisation : ≥ 2.5 mm (dans l'air)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Gamme de numérisation : ≥ 6 mm

Vitesse de numérisation : ≥ 24,000 A-scans/sec, jusqu'à 36,000 A-scans/sec

Modes de balayage : 3D, Raster, Cercle

Image Fundus : OCT en face

Réglage de la mise au point : -15D à + 15D

Diamètre de la pupille : 3mm

Source lumineuse OCT : 840 nm SLD

Puissance optique : 750 µW (à la cornée)

Opération : Écran tactile 13.3, souris ou clavier externe en option

Alimentation électrique : 100-240 V, 50/60Hz

Dimensions : 497mm × 395mm × 490mm (L × W × H)

Poids : 34 kg (75 lb)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/17048-tomographie-par-coherence-optique-oct-ophtalmique-modele-oct500.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.