FICHE PRODUIT




# SOURCES DE LUMIERE ENDOSCOPIQUE

Référence : SOC-1002

### Points forts

• delais : 48 heures
• Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

- Tab 1

DESCRIPTIF

## SOURCES DE LUMIÈRE ENDOSCOPIQUE

### I. SOURCES DE LUMIÈRE ENDOSCOPIQUE A LED

- Boutons de commande à membrane avec indicateurs numériques
- Dernier noyau LED monopuce
- Plus de 50 000 heures. Durée de vie des LED
- Rendement lumineux haute intensité (équivalent à 300 W Xénon)
- Faible bruit, faible conduction thermique
- Contrôle électronique de l'intensité lumineuse via écran tactile
- Plus de 5 langues de menu
- Indice de couleur (Ra) supérieur à 96

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Panneau de commande tactile étanche
- Mémoire non volatile (NVRAM) pour les paramètres utilisateur

## II. SOURCES DE LUMIÈRE ENDOSCOPIQUE A LED AVEC ECRAN TACTILE

- Écran tactile couleur 7" TFT
- Dernier noyau LED monopuce
- Plus de 50 000 heures. Durée de vie des LED
- Rendement lumineux haute intensité (équivalent à 300 W Xénon)
- Faible bruit, faible conduction thermique
- Contrôle électronique de l'intensité lumineuse via écran tactile
- Plus de 5 langues de menu
- Indice de couleur (Ra) supérieur à 96
- Panneau de commande tactile étanche
- Mémoire non volatile (NVRAM) pour les paramètres utilisateur

## III. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA SOURCE DE LUMIERE ENDOSCOPIQUE A LED ECRAN PRESSE BOUTONS ET A LED ECRAN TACTILE

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

| Spécifications techniques | Sources de lumière endoscopique à LED | Sources de lumière endoscopique à LED avec écran tactile |
|---|---|---|
| **Durée de vie de la source lumineuse. heures** | 500 | 50 000 |
| **Puissance de la source lumineuse (LED ou Xénon), W** | 90 | 90 |
| **Température de couleur de la lumière, K** | 5600 | 5600 |
| **Réglage de l'intensité lumineuse, %** | 10 ... 100 | 0 ... 100 |
| **Réglage de l'intensité** | Électroniquement | Électroniquement |
| **Commandes** | Presse boutons | Écran tactile |
| **Classe de protection** | I | I |
| **Partie appliquée** | BF | BF |
| **Norme** | EN 60601-1 ; classification selon. au MDD 93/42/CEE: I | EN 60601-1 ; classification selon. au MDD 93/42/CEE: I |

| Dimensions, mm | 350x150x350 | 350x150x350 |
|---|---|---|
| **Poids, kg** | 7,1 | 6,4 |
| **Tension secteur, V** | 230 | 230 |

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

**Garantie** Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Page produit

https://www.socimed.com/bloc-operatoire-et-chirurgie/17216-sources-de-lumiere-endoscopique.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |
| Résolution de l'écran | Full HD |

## Déclinaisons

| Désignation | Référence : | EAN13 : |
|---|---|---|
| moniteur_ecran - LED | SOC-1002.1 | |
| moniteur_ecran - LED+Ecran tactile | SOC-1002.2 | |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.