FICHE PRODUIT



Bandelettes urinaires 10 paramètres

Référence : SOC-URINE10

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Bandelettes urinaires 10 paramètres

Glucose - Bilirubine - Poids spécifique - Protéines - pH – Corps cétoniques - Sang - Nitrite - Urobilinogène - Leucocytes

Conditionnement: 100 t
Température de stockage: 2 - 30 °C

Signification clinique:

Les bandelettes urinaires de CYPRESS DIAGNOSTICS sont des bandelettes-test du type "immerger et lire" pour la détermination des paramètres ci-dessus dans l'urine. Le résultat du test peut renseigner sur l'état du métabolisme glucidique, de la fonction rénale et hépatique et de l'équilibre acido-basique, ainsi que sur l'existence d'une infection urinaire.

Usage prévu:

Bandelettes de réactifs pour la détermination rapide de l'urobilinogène, du glucose, de la bilirubine, de cétones (acide acétoacétique), de la densité (poids spécifique), du sang, du pH, des protéines, des nitrites et de leucocytes dans l'urine. Tous les tests utilisants les bandelettes réactives CYPRESS DIAGNOSTICS sont décrits dans ces instructions. La combinaison des paramètres analysés diffère

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

en fonction de chaque produit.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/analyseur-automatique-d-urine/17557-bandelettes-urinaires-10-parametres.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.