


FICHE PRODUIT

Tube de prélèvement sous vide vacutest en P.E.T. 3ML/5ML HEPARINE LITHIUM stérile

Référence : TER-VK053SHL

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube de prélèvement sous vide en Polyéthylène - Téréphtalate (P.E.T) vacutest 5 ml, Plasma.

- **Autres caractéristiques:**

- Contribue à la précision et à la fiabilité des résultats d'analyse. Son hémocompatibilité exceptionnelle garantit une innocuité totale vis-à-vis des paramètres cliniques.
- Constitue une barrière anti-gaz brevetée.
- Garantit le maintien du vide et donc du ratio sang/additifs pendant toute la durée de vie du tube.
- Permet un remplissage des tubes normalisé et précis.
- Transparent comme le verre, il permet une bonne visualisation de l'échantillon.
- Incassable, il réduit les risques d'exposition au sang et permet des vitesses de centrifugation élevées (4000 g).
- Léger : frais de transport et d'élimination réduits.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Combiné aux corps de prélèvement et aux aiguilles ce tube est une solution sécuritaire de grande qualité pour le préleveur et pour le technicien .
- Le confort du patient est amélioré.
- La fiabilité du prélèvement et de l'analyse est garantie.
- Stérilisation par irradiation.
- Système stérile qui fonctionne en circuit fermé de la veine au tube, pour minimiser le risque de contamination.
- Le vide calibré garantit un rapport constant sang/anticoagulant pendant toute la durée de vie des tubes, il permet un remplissage des tubes normalisé et précis.
- Contact direct du sang avec l'anticoagulant.
- Bouchon du tube en butyle avec cape coiffante de sécurité.
- Le n° de lot et la date de péremption sont inscrits sur chaque boîte, chaque tube.
- conditionnement par carton de 12 x 100.

Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tube-de-prelevement-en-p-e-t/1809-tube-a-prelevement-sous-vide-en-p-e-t-vacutes-5ml-pla.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com