


FICHE PRODUIT



Otoscope LuxaScope Auris CCT LED 2.5V

Référence : SOC-602131

Description du produit

Otoscope LuxaScope Auris CCT LED

Découvrez l'**otoscope LuxaScope Auris CCT** et son éclairage innovant breveté !

La technologie CCT (Correlated Color Temperature) permet de visualiser plus d'éléments grâce aux 8 LED concentriques :

- - 4 LED à éclairage chaud offrent un contraste élevé des capillaires et des zones à forte circulation sanguine (inflammations précoces),
- - 4 LED à éclairage froid apportent une profondeur de champ supérieure, idéale pour les examens de la structure osseuse et de la cavité tympanique.

Une simple pression prolongée sur le bouton de l'**otoscope LuxaScope Auris CCT** permet de changer l'éclairage afin d'affiner le diagnostic.

La tête au design optimisé procure un champ de vision illimité. Elle est équipée d'une loupe grossissant 3 fois avec une fonction verrouillage.

Un appui long sur le bouton marche/arrêt permet de faire varier l'intensité lumineuse de l'otoscope.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Arrêt automatique après 3 minutes de non-utilisation.

L'otoscope LED LuxaScope Auris CCT est fourni avec :

- - 10 spéculums jetables 2,5 mm,
- - 10 spéculums jetables 4,0 mm.

Il fonctionne avec 2 piles alcaline AAA (fournies)

Couleurs disponibles :

Noir

Gris

Blanc

Bleu

Garantie : 2 ans

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Otoscope LuxaScope Auris CCT LED 2.5V

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : LUXAMED

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2022-04-21 14:12:34

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/otoscopes/18299-otoscope-luxascope-auris-cct-led-25v.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com