FICHE PRODUIT



Seringue de précision BD Plastipak Test et Sub-Q

Référence : SOC-8074

Description du produit

Seringue de précision BD Plastipak Test et Sub-Q

La **seringue de précision** BD répond aux exigences des cabinets, cliniques et services hospitaliers pour des injections sûres et reproductibles. Elle convient à l'injection et au prélèvement de fluides médicaux, en administration manuelle contrôlée.

Conception et matériaux
Fabriquée en polypropylène inerte, sans latex ni DEHP, elle assure une parfaite compatibilité avec les patients sensibles et une grande stabilité du produit injecté.

Lecture et confort
Le corps transparent et les graduations contrastées assurent une lecture immédiate du volume, pour des gestes rapides, sûrs et reproductibles.

Stérilité et conditionnement
Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques principales

- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/seringues/18490-seringue-de-precision-bd-plastipak-test-et-sub-q.html

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 1 mL Test + aiguille 27G x 10 mm	SOC-070131	
Contenance - 1ml Sub-Q + aiguille 26G x 12.7 mm	SOC-070132	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit











SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.