

FICHE PRODUIT

Bandelettes de contrôle pour Steranios

Référence : SOC-5024

Description du produit

Bandelettes de contrôle pour Steranios

Ces **bandelettes Anios** ont été élaborées pour permettre un **contrôle du taux de concentration de glutaraldéhyde** des solutions de désinfection totale à froid Steranios 2% et Steranios 20%.

Une lecture simple par couleur

Très simples à utiliser, elles sont **imprégnées d'un réactif spécifique et indiquent par leur couleur si le bain de trempage est conforme**, garantissant le respect des concentrations actives.

Mode d'emploi

Tremper totalement le papier indicateur dans la solution à tester pendant 1 seconde, éliminer l'excès par une légère agitation, puis **lire le résultat 15 secondes après trempage**.
Conditionnement : flacon de 100 bandelettes de contrôle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18618-bandelettes-de-contrôle-steranios.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com