
FICHE PRODUIT



Câble principal ECG pour 5 fils compatible Hewlett Packard (Agilent) Lumed EE200HP8-AA5

Référence : SOC-CAEE200HP8-AA5

Description du produit

Câble principal ECG pour 5 fils compatible Hewlett Packard (Agilent) Lumed EE200HP8-AA5

Câble principal ECG 5 fils Lumed EUROlink, code EE200HP8-AA5.

Câble de raccordement à l'appareil. Vérifier dans les détails techniques les terminaisons et les éventuels jeux de fils à associer.

Compatibilités indiquées par le fabricant

- HEWLETT PACKARD (AGILENT) : séries 77xxx et 78xxx, M1722A/B Codemaster XL+, M1723A/B Codemaster XL, Sonos.

Avant l'achat, comparer le modèle complet de l'appareil, le connecteur et la terminaison des électrodes avec ceux indiqués. La marque seule ou la forme du connecteur ne permettent pas d'identifier la compatibilité.

Identification des raccordements
La galerie présente les schémas des raccordements C29, P11 et, le cas échéant, de la terminaison

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

patient. Il s’agit de détails techniques d’identification, et non de photos du câble complet.

Code d’origine Lumed : **EE200HP8-AA5**. Avant de passer commande, vérifier le code et la configuration de la pièce de rechange requise.

- Marque : Lumed
- Gamme : EUROlink
- Code fournisseur : EE200HP8-AA5
- Type : Câble principal
- Configuration : 5 fils
- Références des raccordements dans le catalogue Lumed : C29, P11

- 1 câble principal

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/cables-pour-patients-pour-ecg/19184-cable-principal-ecg-pour-5-fils-compatible-hewlett-packard-agilent-lumed-ee200hp8-aa5.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.