FICHE PRODUIT



Câble patient ECG à 3 fils compatible GE, pince Lumed EE300GEMQ-3G

Référence : SOC-CAEE300GEMQ-3G

Description du produit

Câble patient ECG à 3 fils compatible GE, pince Lumed EE300GEMQ-3G

Câble patient ECG à 3 fils Lumed EUROlink, code EE300GEMQ-3G. Terminaux à pince.

Compatibilités indiquées par le fabricant

- GE CRITIKON : Dinamap, Carescape B450, B650, B850, Procare B40, etc.
- GE DATEX- OHMEDA : Aestiva/5, E-PRESTN, M-PRESTN.
- GE MARQUETTE : Dash 1000, 2500, 5000. DASH Pro 2000, 3000, 4000. Eagle, MAC-Lab, Procare B4. Série Solar, série Tram, etc.
- GE ULTRASOUND : Logiq 5, Logiq 7, Vivid i, Vivid q, Vivid S6.

Avant l’achat, comparez le modèle complet de l’appareil, le connecteur et le terminal des électrodes avec ceux indiqués. La marque seule ou la forme du connecteur ne permettent pas d’identifier la compatibilité.

Identification des connecteurs
La galerie présente les schémas des connecteurs C22 et, le cas échéant, du terminal patient. Il

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

s’agit de détails techniques d’identification, et non de photos du câble complet.

Code d’origine Lumed : **EE300GEMQ-3G**. Avant la commande, vérifiez le code et la configuration de la pièce de rechange demandée.

- Marque : Lumed
- Gamme : EUROlink
- Code fournisseur : EE300GEMQ-3G
- Type : Câble complet
- Configuration : 3 fils
- Références des connecteurs dans le catalogue Lumed : C22
- Terminaux patient : pince

- 1 câble patient complet

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/cables-pour-patients-pour-ecg/19190-cable-patient-ecg-a-3-fils-compatible-ge-pince-lumed-ee300gemq-3g.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.