
FICHE PRODUIT



# Câble patient Holter 10 fils compatible Cosmed / Mortara à boutons-pression Lumed EEHL20

Référence : SOC-CAEEHL20

## Description du produit

### Câble patient Holter 10 fils compatible Cosmed / Mortara à boutons-pression Lumed EEHL20

Câble patient Holter 10 fils Lumed EUROlink, code EEHL20. Terminaisons à boutons-pression.

Compatibilités indiquées par le fabricant

- COSMED : Quark C12, T12.
- MORTARA : X-12, H-12, X-12+, H-12+ (pas snap2, snap2+) ; transmetteur Surveyor II / X -12.

Avant l'achat, comparer le modèle complet de l'appareil, le connecteur et la terminaison des électrodes avec ceux indiqués. La marque seule ou la forme du connecteur ne permettent pas d'identifier la compatibilité.

Identification des raccordements
La galerie présente les schémas des raccordements C13 et, le cas échéant, de la terminaison patient. Il s'agit de détails techniques permettant l'identification, et non de photos du câble complet.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Code d'origine Lumed : **EEHL20**. Avant de commander, vérifier le code et la configuration de la pièce de rechange demandée.

- Marque : Lumed
- Gamme : EUROlink
- Code fournisseur : EEHL20
- Type : câble complet
- Configuration : 10 fils
- Références des raccordements dans le catalogue Lumed : C13
- Terminaisons patient : boutons-pression

- 1 câble patient complet

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/cables-pour-patients-pour-ecg/19204-cable-patient-holter-10-fils-compatible-cosmed-mortara-a-boutons-pression-lumed-eehl20.html

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Photos du produit





**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.