
FICHE PRODUIT



Câble patient Holter 5 fils compatible Amedtec / Edan à bouton-pression Lumed EEHL70-35

Référence : SOC-CAEEHL70-35

Description du produit

Câble patient Holter 5 fils compatible Amedtec / Edan à bouton-pression Lumed EEHL70-35

Câble patient Holter 5 fils Lumed EUROlink, code EEHL70-35. Terminaux à bouton-pression.

Compatibilités indiquées par le fabricant

- AMEDTEC : enregistreurs Holter de la série EP-8xx.
- BIOMEDICAL INSTRUMENTS : série BI-6800, série BI-9800.
- EDAN : enregistreur Holter de 1re génération (connecteur à clips).
- PROGETTI MEDICAL : enregistreur Holter PG9800.

Avant l’achat, comparer le modèle complet de l’appareil, le connecteur et le terminal des électrodes avec ceux indiqués. La seule marque ou la forme du connecteur ne permet pas d’identifier la compatibilité.

Identification des raccordements
La galerie présente les schémas des raccordements C3 et, le cas échéant, du terminal patient. Ce

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

sont des détails techniques permettant l'identification, et non des photos du câble complet.

Code d'origine Lumed : **EEHL70-35**. Avant de commander, vérifier le code et la configuration de la pièce de rechange requise.

- Marque : Lumed
- Gamme : EUROlink
- Code fournisseur : EEHL70-35
- Type : câble complet
- Configuration : 5 fils
- Références des raccordements dans le catalogue Lumed : C3
- Terminaux patient : boutons-pression

- 1 câble patient complet

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/cables-pour-patients-pour-ecg/19207-cable-patient-holter-5-fils-compatible-amedtec-edan-a-bouton-pression-lumed-eehl70-35.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.