
FICHE PRODUIT



Câble patient Holter 10 fils compatible Amedtec / Edan à boutons-pression Lumed EEHL70-1210

Référence : SOC-CAEEHL70-1210

Description du produit

Câble patient Holter 10 fils compatible Amedtec / Edan à boutons-pression Lumed EEHL70-1210

Câble patient Holter 10 fils Lumed EUROlink, code EEHL70-1210. Terminaux à boutons-pression.

Compatibilités indiquées par le fabricant

- AMEDTEC : enregistreurs Holter série EP-8xx.
- BIOMEDICAL INSTRUMENTS : série BI-6800, série BI-9800.
- EDAN : enregistreur Holter 1re génération (connecteur à clips).
- PROGETTI MEDICAL : enregistreur Holter PG9800.

Avant l’achat, comparer le modèle complet de l’appareil, le connecteur et le terminal des électrodes avec ceux indiqués. La marque seule ou la forme du connecteur ne permettent pas d’identifier la compatibilité.

Identification des raccordements
La galerie présente les schémas des raccordements C3 et, lorsqu’il est présent, du terminal patient.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Ce sont des détails techniques de reconnaissance, pas des photos du câble complet.

Code d'origine Lumed : **EEHL70-1210**. Avant de passer commande, vérifier le code et la configuration de la pièce de rechange demandée.

- Marque : Lumed
- Gamme : EUROlink
- Code fournisseur : EEHL70-1210
- Type : câble complet
- Configuration : 10 fils
- Références des raccordements dans le catalogue Lumed : C3
- Terminaux patient : boutons-pression

- 1 câble patient complet

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/cables-pour-patients-pour-ecg/19243-cable-patient-holter-10-fils-compatible-amedtec-edan-a-boutons-pression-lumed-eehl70-1210.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.